


Informe de estado contable

2do trimestre 2024

Presentación de detalle de tiempo de uso y gasto de los fondos provenientes del cobro del arancelamiento de cabinas de cultivo (meses: abril, mayo y junio 2024)



Furlan Gabriela-Maldonado Noelia

01/07/2024

miembros de la CPA-CIBICI Cultivo Celular

REGISTRO USO DE CABINAS 1/04/2024 AL 30/06/2024

A continuación se detallan las horas utilizadas según el registro de uso QR por grupo de investigación por mes.

INVESTIGADORES	abr 2024		may 2024		junio 2024	
	tiempo de uso	ARS	tiempo de uso	ARS	tiempo de uso	ARS
ACOSTA	11:45:25	16.459,68	8:19:11	11.881,61	8:27:14	12.291,17
ALVAREZ	6:29:28	9.087,51	4:14:05	6.047,71	5:52:24	8.539,21
AMEZCUA						
AOKI	10:12:39	14.295,15	9:18:43	13.298,61	23:45:48	34.549,76
ASIS	0:36:41	855,89				
BARCELONA	6:56:43	9.723,26	0:45:36	1.085,44	1:08:46	1.666,41
BOCCO	6:43:11	9.407,71	9:24:19	13.431,81	9:31:42	13.853,38
BONACCI			3:19:47	4.755,34	5:18:01	7.706,04
CANAVOSO	2:40:53	3.753,88	4:58:49	7.112,52		
CERBAN	5:25:28	7.594,13	1:35:24	2.270,63	1:58:06	2.861,71
CERVI						
CHIAPELLO	11:02:13	15.451,81	48:42:35	69.563,45	29:09:15	42.387,29
CORREA						
CRESPO						
DONADIO	21:08:41	29.602,56			7:45:33	11.281,14
ECHENIQUE	12:20:06	17.268,93	7:21:08	10.499,81	2:10:31	3.162,72
FLORES	1:33:53	2.190,53			6:34:39	9.563,07
FOZZATTI	12:40:29	17.744,60	6:05:17	8.694,64	2:29:23	3.619,79
GRUPPI	22:48:15	31.925,87	5:02:51	7.208,40	0:08:13	199,03
GENTI						
IRIBARREN	6:00:46	8.417,81	8:40:21	12.385,34	8:21:41	12.156,54
MACCIONI			1:21:28	1.939,04		
MALETTA	31:46:04	44.474,90	10:48:46	15.441,91	0:32:28	786,74

MARY	0:22:47	531,58				
MONTES	8:53:21	12.444,91			9:13:31	13.412,69
MONTESINOS	15:03:58	21.092,56	0:44:44	1.064,74		
MORÓN	53:11:09	74.460,20	97:32:41	139.306,23	38:43:36	56.304,93
MOTRAN					2:24:06	3.491,67
MOTRICH						
NICOLA	19:39:54	27.531,13	15:51:06	22.638,19	17:38:14	25.643,06
PANZETTA						
PELLIZAS	21:09:17	29.616,52	17:15:57	24.657,63	2:02:59	2.980,18
RACCA	5:08:12	7.191,36	13:41:19	19.549,14	2:54:13	4.221,42
RIVERO	2:51:04	3.991,64			0:30:00	726,95
RODRIGUEZ	15:42:45	21.997,48	14:31:22	20.740,46	8:40:53	12.621,91
ROZÉS	4:28:14	6.258,68	9:19:59	13.328,71	10:43:18	15.588,16
SAKA	9:33:28	13.380,78	11:31:41	16.463,57	4:20:19	6.308,01
SANCHEZ	28:44:48	40.245,43	5:39:58	8.091,90	2:14:33	3.260,38
SOTOMAYOR	4:14:53	5.947,30	0:35:31	845,21	0:51:07	1.238,72
STEMPIN	19:01:12	26.627,91	9:33:37	13.653,18	6:13:42	9.055,42
THEUMER						
TOTAL H /MES	378:15:56	529.571,68	326:16:14	465.955,22	219:44:14	319.477,46

INFORME DE GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE ARANCELAMIENTO

Detalle de gastos 2do trimestre 2024

En la columna izquierda se detalla el apellido de los investigadores que conformaron la compra y a la derecha el monto que le corresponde a cada uno. Se indica el monto total de la factura, y en amarillo el proveedor y al costado la fecha de la compra.

Se recuerda que los montos adeudados son acumulativos con períodos anteriores no cobrados. Se aclara también, que en algunas oportunidades los aportes son mayores al monto que correspondía pagar, por lo que algunos investigadores cuentan con crédito para el uso de las cabinas.

- Compra de insumos: cloro, papel y alcohol

Compra total: ARS	322611,62
SOLUCIONES DESCARTABLES 25/04/2024	8 pares rollos (16 totales) + 11 bidones alcohol
Dr. Gabriel Morón	83702,84
Dra. Cecilia Sanchez	36599,34
Dra. Ana Racca	36599,34
Dra. Claudia Pellizas	47103,5
STANs cultivo	118606,6

Compra total: ARS	119293,46
SOLUCIONES DESCARTABLES 25/06/2024	7 bidones de cloro + 6 bidones alcohol
Dr. José Echenique	119293,46

- Compra prefiltros aire acondicionado sala cultivo Ed. Integrador

Compra total: ARS	97709,52
ALKA 06/05/2024	3 prefiltros cultivo integrador
Dra. Belkys Maletto	32569,84
Dra. Cintia Stempin	32569,84
Dra. Jesica Flores	32569,84

- Compra Ferrería para reparación de aire acondicionado sala cultivo Ed. Integrador

Compra total: ARS	43072,09
Ferrería 14/05/2024	material para cierre de gabinete
STANs cultivo	27922,09
CIBICI funcionamiento	15150

- CO₂

Compra total: ARS	36300
Solox 28/05/2024	CO₂
Dra. Ana Carolina Donadio	36300

Compra total: ARS	30250
Solox 25/06/2024	CO₂
Dra. Eva Acosta	30250

- Arreglo aspiradoras a diafragma

Compra total: ARS	50000
Luis Romero 13/06/2024	arreglo asp. a diafragma 1
Dra. Laura Fozzatti	50000

Compra total: ARS	50000
Luis Romero 25/06/2024	arreglo asp. a diafragma 2
Dra. Claudia Pellizas	50000

- Nitrógeno líquido y acarreo

Compra total: ARS	187000
INFIQ N₂ Abril	
CIBICI funcionamiento	187000

Compra total: ARS	405100
INFIQ N₂ Mayo + acarreo	
CIBICI funcionamiento	405100

Compra total: ARS	350000
DON HOLGUER N₂ Junio	
Dra. Belkys Maletto	9750
Dr. Gabriel Morón	221950
Dra. Laura Chiapello	118300

Nota: durante el mes de junio la máquina de N₂ líquido de la Facultad quedó fuera de servicio y necesita la importación de repuestos para volver a poner en funcionamiento, razón por la cual acudimos a otro proveedor para la recarga de los termos de N₂.


- COMPRAS Y ADQUISICIONES - OTROS FONDOS

junio - Reparación de aire acondicionado de la sala de cultivo Torre con cambio de prefiltros por un monto de \$308.120. Monto a cargo de la Facultad.


RESUMEN

Saldo anterior	199.217,16
Monto acumulado 2do trimestre 2024	1.315.004,36
Cloro, Papel, Alcohol	441.905,08
AA mantenimiento	140.781,61
Reparaciones	100.000
CO ₂	66.550
N ₂ líquido	942.100
Total gastos	1.691.336,69
aporte CIBICI	607.250
aporte STANs medios y PCR	146.528,69
Saldo en ARS horas 2do trimestre 2024	558.663,55

Distribución de agentes de pago



Ítems de gastos



Aclaración en cuanto a las compras del segundo trimestre:

El aire acondicionado de la sala de cultivo integrador se dejó en óptimas condiciones, con sus pre filtros, filtros y malla protectora de la toma de aire. Se realizó también la limpieza interna con hidrolavadora a cargo del sr. Romero German. Y se colocaron candados en el equipo cuyas llaves sólo las conserva planeamiento y las encargadas de cultivo celular.

En relación al aire acondicionado de cultivo de la torre, el mismo presentó fallas en el sistema de calefacción/enfriado, y ausencia de prefiltros por lo que por medio de expedientes, se elevó el reclamo a la facultad. El mismo fue reparado y los pre filtros instalados quedando el equipo funcionando correctamente. Este arreglo fue cubierto por la Facultad.